



Северо-Западное межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (СЗМТУ Росстандарта)
Отдел государственного контроля и надзора в Архангельской области и Ненецком АО

163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д.3, тел.: (8182) 20-35-76; факс: (8182) 20-39-37

Директору ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат №2» Смирновой Э.Н.
Адрес: 163044, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Л.Н. Лочехина, дом 13.

ПРЕДПИСАНИЕ

от «24» августа 2017 №4/40-1

Выдано на основании акта проверки:
от «24» августа 2017 №4/40А

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено:

1. В нарушение требований ч.1 ст.9 и ч.1 ст.13 Федерального Закона РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и п.п. 1, 18 «Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (утвержденного Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 №1815, рег. в Минюсте России 4 сентября 2015г. №38822) – ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат №2» в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении предусмотренных законодательством измерений, выполняемых в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда и обеспечения безопасности дорожного движения, допустило применение средств измерений с нарушением обязательных метрологических требований - несоблюдение порядка поверки средств измерений, не прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку в количестве 1-ой (Одной) единицы (см. приложение №17 к акту проверки).

2. Измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, средствами измерений в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2014 №835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (п. 10) и Письмом Министерства здравоохранения РФ от 21.08.2003 №2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств» (п.4 Приложения №2), обеспечены не в полном объеме: отсутствуют необходимые средства измерений (анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкометры) - см. п. 2.3.1 акта проверки).

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»:

1. Указанные нарушения в срок до 05.12.2017 ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ.

1. Применение в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, не прошедших в установленном порядке метрологическую поверку в количестве 1-ой (Одной) единицы.

2. Приобрести необходимые средства измерений (анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе - алкометры) в соответствии с требованиями, установленными законодательно.

2. На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» применение средств измерений:

- тахограф Drive 5 (заводской №24918843017, дата производства 04.11.2015, изготовитель ООО «АТОЛ ДРАЙВ» г.Москва) в количестве 1-ой (Одной) единицы,
с 25.08.2017 ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ до устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3-х лет, на юридическое лицо - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 05 декабря 2017 по адресу: 163060, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 3, каб. 40, тел/факс: (8182) 20-35-76, 20-39-37 (предоставив в отдел ГК и Н в Архангельской области и НАО письменный отчет с приложением документов, подтверждающих исполнение требований данного предписания).

Государственный инспектор
СЗМТУ Росстандарта

должность



подпись

Л.А. Слепченко
инициалы, фамилия

Один экземпляр предписания получил(а) " 24 " августа 2017

Директор ГБОУ АО АСШИ №2

должность

подпись

Э.Н.Смирнова
инициалы, фамилия