

# Аппарат для вакуумного массажа

## Очки Амво вакуумные с излучателями (Очки Сидоренко)



«Очки Сидоренко» являются офтальмологическим прибором и профилактическим средством.

Этот аппарат применяется как взрослыми, так и детьми, начиная с 3-летнего возраста.

Основным действием прибора является мягкий вакуумный массаж глаз и окружающих тканей. Этим действием улучшается микроциркуляция крови и обменные процессы.

В данном приборе привычные стёкла заменены минибарокамерами, которые плотно прилегают к глазницам после надевания.

В результате регулярного использования происходит активизация обменных процессов; улучшается кровообращение и отток внутриглазной жидкости; ускоряется синтез нуклеопротеидов; уменьшается венозный застой; снижается содержание в клетках глаза калия; активизируется деятельность ферментов; рассасываются рубцовые образования; улучшается синтез белка; ткани интенсивнее насыщаются кислородом; повышается утилизация глюкозы.

Главным отличием и преимуществом этого прибора являются высокотехнологичная микросхема и наличие удобного набора функций.

В комплект с очками входит специальный блок управления, который позволяет выбирать то время процедуры, которое необходимо.

Блок управления оснащен четырьмя кнопками: кнопка включения/выключения и 3 кнопки выбора времени проводимого сеанса (на 3, 5 или 10 минут).

Одновременно используется четыре метода оздоровительного воздействия – инфразвуковой фонофорез, инфразвук, вакуумный массаж и цветоимпульсная терапия.

Показания к применению аппарата:

- Амблиопия;
- Астигматизм;
- Близорукость;

Заболевания глаз воспалительного характера;  
Глаукома;  
Дистрофия зрительного нерва, сетчатки;  
Компьютерный зрительный синдром;  
Начальная катаракта;  
Косоглазие;  
Спазм аккомодации;  
Частичная атрофия зрительного нерва;  
Пресбиопия;  
Отёк;  
Общие противопоказания:  
Онкологические заболевания, в т.ч. новообразования век, орбиты глаза;  
Психические расстройства;  
Воспалительные заболевания глаз;  
Отслоение сетчатки глаза;  
Кровоизлияния в тканях глаза;  
Противопоказания к инфразвуковому вакуумному пневмомассажу:  
Отслойка сетчатки глаза;  
Кровоизлияния в тканях и средах глаза.

*С 10:00 ДО 18:00 Пн-Пт Работа офиса.*

*Звонки, заказы принимаются ежедневно С 10:00 ДО 22:00*

**Тел: 8 (495) 763-77-62**

Email: [info@ooo-lima.ru](mailto:info@ooo-lima.ru)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

ИЛЦ ГСЭН.Яи.ЦОА.МО  
105064 Москва, Малый  
Казенный пер., 5

Государственный реестр РОСС, RU.0001.510328

тел/факс 8 4959117379

Регистрационный номер 23-09-184

Дата 23/09/2013 г

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от **16.09.2013г.**

Регистрационный

№ **1632**

**Заявитель, адрес:** ООО «Лазер-медцентр»

*Россия, 117593, Москва, Рокотова ул. д.8, кор.2, кв.85*

**Сведения о продукции:** *Аппарат массажный вакуумные очки АМВО-01  
ТУ 5156-001-11497162-2013*

**Область применения:** *для тренинга глаз, снижения утомляемости, снятия стресса, улучшения микроциркуляции крови, снятия спазма глазных мышц и улучшения общего самочувствия человека, в частности подверженного большим зрительным нагрузкам.*

**Организация изготовитель, адрес:** *ООО «Лазер-медцентр»*

*Россия, 117593, Москва, Рокотова ул. д.8, кор.2, кв.85*

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение и получение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика - организации, паспорт изделия, доверенность на право представлять интересы предприятия.*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1213-01582 ДА от 23.09.2013 ИЛЦ НЦЗД РАМН (Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010; изменения и дополнения №2 (Решение Совета по аккредитации № 12-1ФЦ/34 от 16.02.2011г.) к области аккредитации)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 5156-001-11497162-2013*

*(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации - разработчика — для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу — для импортной продукции)*